

仕 様 書

品名	顕微鏡システム	数量	一式	納入場所	愛媛県農林水産研究所 養鶏研究所 (西条市福成寺乙 159)
標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。 (1) 本装置は、実体顕微鏡、正立顕微鏡、専用カメラ、専用ソフトウェアで構成されること。 (2) 実体顕微鏡は以下の要件を満たすこと。 ○三眼鏡筒で専用カメラが接続可能であること ○LED照明であること ○倍率は、接眼レンズとの組み合わせにより50倍まで対応可能であること (3) 正立顕微鏡は以下の要件を満たすこと。 ○三眼鏡筒で専用カメラが接続可能であること ○10倍の接眼レンズ、4倍、10倍、40倍の対物レンズが付属すること (4) 専用カメラは以下の要件を満たすこと。 ○実体顕微鏡及び正立顕微鏡に接続できること ○500万画素以上のカラーカメラであること ○画像を直接あるいはメディアを用いてパソコンに取り込むことが出来ること (5) 専用ソフトウェアにより画像の取得、後処理、注釈の追加が可能であること。 (6) 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること。 (7) 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと。 (8) 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること (9) 日本語の取扱説明書を添付すること。					

機 器 構 成 表

品 名	顕微鏡システム	納入場所	愛媛県農林水産研究所 養鶏研究所 (西条市福成寺乙 159)
-----	---------	------	--------------------------------------

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数量
顕微鏡システム	カールツァイス (株)	Stemi508、 Primostar3	1

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数量
顕微鏡システム	(株) ニコン	ECLIPSE Si、 SMZ745T	1

品 名	メ ー カ ー	規 格 (型 番)	数量
顕微鏡システム	(株) エビデント	CX43、 SZX7、 SZ2-CLGSF、 DP23	1

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。