

仕 様 書

機器名	生物顕微鏡	設置機関	愛媛県南予家畜保健衛生所 (西予市宇和町稻生 257 番地)
標記案件の仕様は、次のとおりである。 本装置は次の条件を満たす必要がある。 (1) 本体装置の動力電源は単相 100V で使用できること。 (2) 鏡筒の双眼部は、接眼レンズの視野数 22 mm であること。 (3) 顕微鏡カラーデジタルカメラを装着できること。 (4) 顕微鏡視野を PC レスで投影するための FullHD ディスプレイと接続できること。 (5) 附属品は、以下のとおりもしくは機器構成表のとおり備えていること。 エルゴ鏡筒 C-TE2、ダストカバー F550S、エルゴ DSC ポート C-0.55×C-TEP 3 アップコンデンサー C-AB、左ハンドルのセラミックコートステージ (標本ホルダ付き、2 枚用右開き)、生物顕微鏡用対物レンズ各種、モニター、顕微鏡デジタルカメラ、スタンドアロンケーブルセット (HDMI ケーブル、SD カード、無線マウス、カメラ AC アダプター、電源コード) (6) 蛍光光源は LED 光源であること。 (7) 生物顕微鏡用対物レンズについては、次のとおり備えていること。 明視野 10X、20X、40X、100X OIL、NCG40X、NCG100X (8) デジタルカメラは HDMI 接続でき、画像データ SD カードに保存できること。 (9) モニター付きであること (最大表示解像度 1920×1080 以上、液晶パネル TFT23 型ワイド) (10) 県内にメンテナンス作業を依頼できる営業所もしくは代理店があること。 (11) 搬入、据付、試運転調整ならびに運転指導等機器の設置に関するすべてを含むこと。 (12) 機器本体及び付属品を接続あるいは作動させるために必要な物品を備えること。 (13) 日本語の取扱説明書を添付すること。			

(別紙3)

機器構成表

機 器 名	生物顕微鏡		
設置場所	南予家畜保健衛生所（西予市宇和町稲生 257 番地）		
製造元/販売元	Nikon		
型式名等	ECLIPSE Ci-L plus		
構成内容	構成内訳	型 番	数量
	本体	ECLIPSE Ci-L plus	1
	附属品	生物顕微鏡用対物レンズ (明視野 10 X、20 X、40 X、100 X OIL、NCG40 X、NCG100 X)	各 1
		・エルゴ鏡筒 C-TE2 ・ダストカバー F550S ・エルゴ DSC ポート C-0.55×C-TEP 3 ・アッペコンデンサー C-AB ・左ハンドルのセラミックコートステージ (標本ホルダ付き、2 枚用右開き)	各 1
		モニター 最大表示解像度 1920×1080 以上 液晶パネル TFT23 型ワイド	1
		カメラヘッド 顕微鏡デジタルカメラ Digital Sight 1000 (200 万画素カラー)	1
		スタンドアローンケーブルセット (HDMI ケーブル、SD カード、無線マウス、カメラ AC アダプター、電源コード)	1

※同等品可。ただし、仕様確認を要する。